

**ESSAI STERISCIENCE / INSTRULYSE
ETUDE STABILITE MATIERE ACTIVE SUR PRODUITS FINIS**

Irigny, le 2 février 2015

CODE FORMULE : F1061 V12

PROTOCOLE DE TEST :

Mesure du % Matières actives Brix selon Méthode I/MC/11 sur plusieurs lots de production sur une période de 12 mois de production (lots de mai 2013 à mai 2014).

Contrôles réalisés à date de fabrication, date de conditionnement et recontrôle sur produit finis conditionnés.

INSTRULYSE F1061 V12	Date fab	% MA date fab	%MA date cond	%MA cond recontrôle	Date recontrôle	Spécification technique MIN	Spécification technique MAX	Temps écoulé (mois)
LOT 05 13 1467	mai-13	27,4	27,4	27,5	29/01/2015	27,1	28,3	21
LOT 09 13 2964	sept-13	27,2	27,2	27,2	29/01/2015			17
LOT 01 14 0163	janv-14	27,9	27,9	27,8	29/01/2015			13
LOT 02 14 0334	févr-14	28,3	28,3	28,2	29/01/2015			12
LOT 05 14 1341-147	mai-14	27,2	27,1	27,2	29/01/2015			9

Conclusion : Sur les différents lots de production contrôlés, les mesures du % de matières actives répondent aux critères de stabilité définis dans les spécifications techniques.

Responsable du contrôle qualité Laboratoire
Fabien SAUNAL

